



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ **23.КК.27.000.М.000138.08.18** от **29.08.2018**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работы при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению в ФГБУ Туберкулезный санаторий "Голубая бухта" Минздрава России по адресу: Россия, Краснодарский край, город Геленджик, ул. Просторная, д. 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ГОЛУБАЯ БУХТА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Геленджик, ул. Просторная, 2

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

заявление от 31.07.2018 №151, экспертное заключение №1334/ОИ от 26.07.2018 года Новороссийского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Приложение на 1-м листе является неотъемлемой частью настоящего заключения

Заключение действительно до 29.08.2023

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 2800165**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 23.КК.27.000.М.000138.08.18 от 29.08.2018

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Эксплуатация источников ионизирующего излучения в рентгенодиагностическом кабинете. Условия работы при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения в рентгеновском диагностическом кабинете №2, 3й этаж лечебного корпуса ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ГОЛУБАЯ БУХТА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Геленджик, ул. Просторная, 2  
Разрешаются работы с устройствами, генерирующими излучение:

Используемые источники ионизирующего излучения:

Juno DRF для цифровой рентгенографии и рентгеноскопии, заводской № 140112, дата изготовления 2013г, производитель Италия "Вилла Системи Медикали С.п.А" ( $U_{max} = 150$  кВ,  $I_{max} = 800$  мА)

Ограничительные условия: Строгое соблюдение требований НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010 (СанПиН 2.6.1.2612-10), СанПиН 2.6.1.1192-03

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

